

ZSZ.D. 080.05.2018

Działdowo 14.02.2018r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa wyposażenia pracowni elektrotechniki i elektroniki w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie objętym wprowadzonymi poniżej zmianami.

Zapytanie I

Pytanie 1

Poz. 19. Miernik cyfrowy RLC

Czy Zamawiający dopuszcza miernik bez pomiaru napięcia, z rezystancją $100\text{m}\Omega$ – $200\text{M}\Omega$, bez pomiaru częstotliwości, bez pomiaru temperatury oraz bez testu diody i ciągłości obwodu?

Odpowiedź 1

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MIERNIK BEZ POMIARU NAPIĘCIA DC, TESTU DIODY I CZIĄGŁOŚCI OBWODU, ZAKRES REZYSTANCJI MOŻE BYĆ $100\text{m}\Omega$ - $200\text{M}\Omega$.

Pytanie 2

Poz. 25 Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop czterokanałowy bez zasilania akumulatorowego i z pamięcią 12Mpts przy pracy jednokanałowej?

Odpowiedź 2

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA TYLKO OSCYLOSKOP Z ZASILANIEM SIECIOWYM I AKUMULATOROWYM.

Pytanie 3

Poz. 26 Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop bez zasilania akumulatorowego?

Odpowiedź 3

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA OSCYLOSKOP TYLKO Z ZASILANIEM SIECIOWYM.

Pytanie 4

Poz. 40 Czy Zamawiający dopuszcza kartę z częstością próbkowania 200MHz oraz pasmem 75MHz, podłączaną przez USB do komputera a jeżeli tak to czy komputer będzie wymagany wraz z kartą?

Odpowiedź 4

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA KARTĘ GRAFICZNĄ DO KOMPUTERA ŁĄCZONĄ PRZEZ USB Z OPROGRAMOWANIEM I INSTRUKCJĄ W JĘZYKU POLSKIM WRAZ Z ZESTAWEM PRZEWODÓW POMIAROWYCH, NIE JEST WYMAGANY DODATKOWY KOMPUTER.